



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

**VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVA INVITACION PUBLICA DE
MINIMA CUANTIA 009-2015**

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVA

De conformidad con lo estipulado en el cronograma del proceso de selección se procede a realizar la verificación de requisitos habilitantes definitiva una vez transcurrido el periodo de subsanabilidad y evaluación de las propuestas presentadas si es del caso, teniendo en cuenta lo consagrado en el pliego de condiciones:

NOMBRE DEL OFERENTE	C.C o NIT o RUT	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FOLIOS
SPEEDTRONICS	900.730.943-7	2015/09/02 4:52 pm	58 FOLIOS
HOSPITECNICA LTDA	830.131.869-5	2015/09/02 4:53 pm	31 FOLIOS

REQUISITOS HABILITANTES

CAPACIDAD JURIDICA

La propuesta estará conformada por los siguientes documentos:

1.Índice: Contendrá una relación suscita de los capítulos o numerales que conforman la propuesta indicando el número de la página donde se encuentra.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X	
HOSPITECNICA LTDA	X	



**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO**

FICHA TECNICA:

EQUIPO MÉDICO	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	SPEEDTRONICS	HOSPITECNICA
AUTOCLAVE ESTERILIZADOR DE 18 a 24LTS	1	Automático Operación DIGITAL Manómetro de presión Pantalla de Visualización ciclo y tiempo Capacidad de la cámara de esterilización de 18 a 24 litros Cámara de esterilización construida en acero inoxidable Tanque de reserva para el agua en acero inoxidable. Energía requerida 110 voltios - 1300 Watios – 60 HZ Ciclo de secado Opción programable de ciclos y tiempos Dispositivos de seguridad: Presostato, válvulas sobrepresión y termostato Certificado de Validación de instalación y operación.	CUMPLE	NO CUMPLE No se especifica todos los requerimiento s de la ficha técnica
BOMBA DE INFUSION	2	Un Canal 5 Modos de infusión: Velocidad, peso, tiempo, goteo, multirango. Mecanismo de infusión: Infusión mecánica por pistón. Velocidad de flujo: 0.1 a 1200 ml/hr con incremento 0.1 ml/hr. Exactitud: ±5% Alimentación: 110-240 VAC, Carga automática al conectar fuente AC. Duración de Batería: Mínima de 4 horas. Alarma: Finalización de programa, Batería baja, Batería descargada, detección Aire en la línea.	CUMPLE	CUMPLE
CAMILLA GINECOLOGICA	2	Mesa para Exámen de tubería con opción de toma ginecológica. Estribos para miembros inferiores removibles	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE CON SISTEMA DE ELEVACION	1	<p>Camilla de transporte hospitalario Espaldar con amortiguado neumático ajustable en diferentes posiciones.</p> <p>Con Barandas laterales removibles .</p> <p>fabricadas en plástico PE en superficie de descanso y ruedas</p> <p>Sistema de Elevación y Bloqueo central Que incluya colchoneta y atril</p> <p>Soporte integrado para tanque de Oxígeno</p> <p>Capacidad 185 Kg</p>	CUMPLE	CUMPLE
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE	1	<p>Camilla de transporte hospitalario Espaldar ajustable en diferentes posiciones mecánicamente. Con Barandas laterales abatibles.</p>	CUMPLE	CUMPLE
DOPPLER FETAL	1	<p>Pantalla: LCD Rango: 50 ~ 210bpm. Resolución: 1 bpm. Potencia de salida de audio: 0.5W. Apagado automático después de estar sin señal. Autodetección de transductor Batería recargable Con Auriculares</p> <p>Sonda intercambiable, Grabación de audio , autodetección de transductor .</p>	CUMPLE	CUMPLE
ELECTROCARDIOGRAFO	1	<p>Canales: 3 Circuito con protección a desfibrilación 12 derivadas estándar Modo de adquisición: 12 derivada simultaneas Filtros: Filtro electromiográfico 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Filtro Detección de Fase 0.05/0.15/0.25/0.5Hz 0.32/0.67Hz FiltroPasabaja 150Hz/100Hz/75Hz Filtro Corriente alterna</p>	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

		50Hz/60Hz (-20dB). Duración de batería 6.5, horas como mínimo, Impresora térmica compatible papel 80x70 en Z.		
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED CON DOBLE BRAZO Y CABEZAS PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO.	3	MARCA WELCHALLYN modelo de pared transformador de pared de 3.5 v. Con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico a 110 v. 60 Hz. Oftalmoscopio con sistema óptico normal de 3.5 v otoscopio de fibra óptica de 3.5 v. Bajo consumo de energía	CUMPLE	CUMPLE
INFANTOMETROS	10	Rango de medición de 50-100 cmts Graduado en doble escala (Pulgadas y centímetros)	CUMPLE	CUMPLE
LAMPARA DE INFRAROJO	1	Alimentación 110V - 60 HZ - 250 W Con pedestal Cuello graduable	CUMPLE	NO CUMPLE No se relaciona este equip
LAMPARA CUELLO DE CISNE	3	Lámpara cuello de cisne estándar En hierro pesado para mayor estabilidad. Cuello graduable en altura Corriente eléctrica 110 voltios	CUMPLE	CUMPLE
LAMPARA DE FOTOCURADO ALAMBRICA	1	Luz halógena para polimerización de resinas Voltaje de entrada: 110 -240 V Frecuencia de entrada: 50-60 Hz Bombillo 75 W Potencia de curado: 500-800 MW-CM2 Tiempos seleccionables	CUMPLE	CUMPLE
LARINGOSCOPIO	2	DE 3 VALVAS de acero inoxidable. Estándar de Luz halógena Compatibles con baterías Valvas curvas Macintosh tamaños 1, 2, 3	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

MANOMETROS REGULADOR DE OXIGENO CONEXIÓN TIPO ROSCA	10	DE CONEXIÓN TIPO ROSCA Manómetro de alta Presión Flujómetro de 0-15lts x min	CUMPLE	CUMPLE
MANOMETROS REGULADOR DE OXIGENO CONEXIÓN TIPO YUGO	4	DE CONEXIÓN TIPO YUGO Manómetro de alta Presión Flujómetro de 0-15lts x min	CUMPLE	CUMPLE
MODULO ODONTOLOGICO	1	Suministro de agua para pieza de mano Conexión tipo borden para Micromotor Bandeja en acero inoxidable para instrumental Manómetro Indicador de Presión Pedal	CUMPLE	NO CUMPLE Con la totalidad de las características técnicas solicitadas
MONITOR DE SIGNOS VITALES.	2	MONITOR MULTIPARAMETROS. Pantalla Color de Alta resolución mínimo 8 pulgadas Para Paciente Adulto pediátrico y neonatal. Con Indicación de Alarmas visuales y audibles. Parámetros: ECG, NIBP, SPO2, RESP, 2 TEMP. Tendencias graficas Batería Recargable para 6 horas de trabajo continuo. Saturación de Oxígeno SpO2: Rango:0-100% Precisión: 70-100% +/-2% para pacientes pediátricos y adultos. Precisión: 70-100% +/-3% para pacientes neonatales. PR Medición: 30-300 bpm Presión arterial NIBP: Medición Presión sistólica 40- 270 mmHg y diastólica 10- 215, MEDIA 10-235 Electrocardiografía: Ganancia: 0.125x0.25x0.5x1x2x4. Derivadas: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V Frecuencia Cardiaca: 15-300 BPM adulto , 15-350 neonato Respiración: Rango: 0-120 RPM adultos, 0- 150 neonatales Resolución. 1 rpm Rango de medición: -2mV Rango de alarma:-2mV Del segmento ST Arritmia análisis y categorización: Sí Alarma: niveles de alarma	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

		sonora y visual, eventos recuperables. Análisis de ECG de 12 derivaciones.		
MONITOR FETAL	1	Pantalla LCD TFT de color de alta resolución mínimo de 7 “, 3 Parámetros básicos: FHR, TOCO, AFM Impresora térmica de larga duración y tecnología DSP, Transductor de alta sensibilidad para la detección de la FHR automático Monitorización gemelar Visualización de Formas de Onda, numérica y Mixta.	CUMPLE	CUMPLE
NEBULIZADOR PARA USO HOSPITALARIO	4	Para Alta Carga de Trabajo (De uso Hospitalario) Desplazamiento: 24 lpm a 0 kg/ cm ² Velocidad promedio de nebulización: 0.25 cc/min Clasificación de funcionamiento: Continua con una mascarilla regulador: ajustable filtro de entrada reemplazable	CUMPLE	CUMPLE
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	2	Pantalla LCD digital que visualice SPO ₂ , FC y Barra de Pulso. Adulto, pediátrico y neonatal Función de alarma de Audio y visible Indicación de voltaje de baja batería Apagar automáticamente cuando no hay señal	CUMPLE	CUMPLE
BALANZA CON TALLIMETRO	1	Tallimetro desde 60 cm hasta 213 cm. Graduado en doble escala (Pulgadas y centímetros) Capacidad: 200Kg con incrementos de 0,1 kg.	CUMPLE	CUMPLE
PESA BEBE CON TALLIMETRO	3	Con bandeja Capacidad:25kg con incrementos de 100g con cinta métrica – infantómetro de 0 a 46 cm Dimensión de bandeja	CUMPLE	NO CUMPLE Con la totalidad de



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

		492mm (Ancho), 314mm (Prof), 95 mm(alto)		características técnicas solicitadas.
TENS PORTATIL (terapia física)	3	Con batería de 9 V 2 Canales Tres Modos de Corriente: Corriente o Standart, Modulada y Burts	CUMPLE	NO CUMPLE Con la totalidad de características
TENSIOMETRO DE PARED	6	Marca: WELCH ALLYN Análogo De Pared Con brazalete adulto y pediátrico y pera insufladora Estructura resistente a impactos Rango de medición : 0-300 mmhg	CUMPLE	NO CUMPLE Con la marca solicitada
ULTRA SONIDO PARA TRABAJO PESADO (terapia física)	1	Frecuencias de 1 y 3 MHz Operación terapéutica continua y pulsada (10%, 20%, 50% y 100%) Modos de trabajo variables de 16 Hz, 48 Hz o 100 Hz Función de calentamiento del aplicador y control del contacto del cabezal con retroalimentación visual y auditiva	CUMPLE	CUMPLE
MESA DE MAYO	1	En acero inoxidable Graduable en altura Con ruedas para fácil movimiento	CUMPLE	CUMPLE
MESA AUXILIAR PARA CURACIONES	1	Bandeja superior en lámina de acero inoxidable con barandillas protectoras en la bandeja Con ruedas para fácil movimiento	CUMPLE	NO CUMPLE No se describe la totalidad de las características requeridas
ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	3	Plástico, autoclavable Vacío 600 mmhg, Velocidad de flujo 20 lts x min Nivel ruido menor a 60 DB Capacidad de 1000 mL Potencia 110 VA.	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO

ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS	1	Vacío 680 mmhg Flujo > 30 lts x min Capacidad 5000 ml Nivel ruido < 60 DB Potencia 250 VA	CUMPLE	CUMPLE
COLCHONETA PARA CAMILLA URGENCIAS 180X55CM	3	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 5 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHONETA PARA CAMILLA URGENCIAS 170X60CM	4	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 5 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHONETA PARA CAMILLA URGENCIAS 177X50CM	2	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 5 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHONETA PARA CAMILLA URGENCIAS 177X70CM	1	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 5 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHONETA PARA CAMILLA URGENCIAS 180X58CM	1	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 5 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHONETA PARA CAMILLA URGENCIAS 180X65CM	1	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 5 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA 90X185 CM	3	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 15 cm	CUMPLE	CUMPLE
COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA 90X190 CM	2	Espuma Rosada Forro en material impermeable para fácil desinfección Espesor de 15 cm	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado. Anexo, debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento de identidad.

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.

Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X	
HOSPITECNICA LTDA	X	

3. Estados financieros comparativos con corte a 31 de diciembre de 2014 (balance general y estado de resultados), certificado por el contador público de la empresa adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes o Registro Único de Proponentes con información financiera a 31 de diciembre de 2014.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 7 - 17	
HOSPITECNICA LTDA		X

4. Declaración de renta del último ejercicio fiscal.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 18	
HOSPITECNICA LTDA		X



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

5. Certificado de Antecedentes disciplinarios (Procuraduría), fiscales (Contraloría General) vigentes del Representante Legal y la persona jurídica según el caso, acompañado de su cedula de ciudadanía.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X	
HOSPITECNICA LTDA		X No se allega los de la persona jurídica

7. La manifestación por escrito y firmada del oferente de no estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que contemplan regímenes de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folio 21-22	
HOSPITECNICA LTDA	X Folio 7	

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente deberá constituir garantía de seriedad de la propuesta mediante el otorgamiento en favor de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA. Para lo cual podrán otorgar como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: Póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, depósito de dinero en garantía.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto del presupuesto oficial global estimado y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta por el término de cuatro (04) meses más.

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última.

Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 23-25	



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

HOSPITECNICA LTDA		X No se allega póliza.
-------------------	--	---------------------------

9. Se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la propuesta. Aplica para todos los integrantes del consorcio o unión temporal.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folio 32	
HOSPITECNICA LTDA	X Folio 14	

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Persona Natural o Jurídica Nacional o Extranjera con Sucursal en Colombia

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará:

Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X	
HOSPITECNICA LTDA		X Su fecha de expedición es superior a 30 días

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 29-31	
HOSPITECNICA LTDA		X

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folio 33	
HOSPITECNICA LTDA	X Folio 15	

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL)

El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona jurídica, persona natural o representante de la estructura plural, donde manifieste el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento del contenido del Presupuesto Oficial del pliego de condiciones.

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse en la oferta económica referidas a: denominación o descripción de los equipos, en las cantidades de tales equipos, especificaciones técnicas, valor del presupuesto y firma del proponente.

PROPONENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 40-53	
HOSPITECNICA LTDA	X	



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

	Folios 22-30	
--	--------------	--

CONDICIONES FINANCIERAS

1. **Patrimonio:** El patrimonio deberá ser igual o mayor al 100% del valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 11-15	
HOSPITECNICA LTDA		X

Capital de Trabajo = El capital de trabajo deberá ser igual o mayor al 50% del valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación. Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente \geq 50% del valor del presupuesto oficial.

2.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 11-15	
HOSPITECNICA LTDA		X

2. Liquidez = Deberá ser igual o mayor a 1.0 Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) \geq 1.0

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 11-15	
HOSPITECNICA LTDA		X

3. Nivel de Endeudamiento = Igual o menor a 0.60 (Pasivo Total / Activo Total) \leq 0.60



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 11-15	
HOSPITECNICA LTDA		X

CONDICIONES TECNICAS:

Experiencia del proponente:

EXPERIENCIA GENERAL: Empresa de Venta de equipos y muebles de uso Hospitalario con fecha de constitución mayor a 1 año de antigüedad.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 11-15	
HOSPITECNICA LTDA		X El certificado de existencia y representación legal es superior a 30 días

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE

La experiencia acreditada del proponente, será verificada de manera directa por la Entidad, así:

Acreditar en calidad de contratista en mínimo dos (02) contratos cuyo objeto sea relacionado con la venta de equipos médicos hospitalarios. Lo anterior se deberá acreditar a través de certificación emitida por la entidad contratante donde se señale: objeto, valor, plazo de ejecución, fecha de terminación. Los contratos presentados debe haber sido terminados a satisfacción.

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE
SPEEDTRONICS	X Folios 36-39	
HOSPITECNICA LTDA	X Folios 18-21	



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

Teniendo en cuenta que el proponente SPEEDTRONICS cumple con la totalidad de los requisitos habilitantes consagrados en los términos de referencia del proceso de selección citado, se declara como HABIL para continuar en el presente proceso de selección, en consecuencia se procederá a evaluar la propuesta presentada por SPEEDTRONICS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

CRITERIO	PUNTAJE MAXIMO
FACTOR ECONOMICO	600 PUNTOS
FACTOR TECNICO (GARANTIA Y MANTENIMIENTO POSTVENTA ADICIONAL)	300 PUNTOS
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL	100 PUNTOS
TOTAL	1000

FACTOR ECONOMICO

PROPONENTE HABILITADO	PUNTAJE OBTENIDO
SPEEDTRONIC	600

FACTOR TECNICO (GARANTIA Y MANTENIMIENTO POSTVENTA ADICIONAL)

FACTOR	PUNTAJE
24 meses o más de garantía y mantenimiento postventa de los equipos ofrecidos.	300
Entre 18 meses y 23 meses de garantía y mantenimiento postventa de los equipos ofrecidos.	200
Entre 13 meses y 17 meses de garantía y mantenimiento postventa de los equipos ofrecidos.	100



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

PROPONENTE HABILITADO	PUNTAJE OBTENIDO
SPEEDTRONIC	300

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

PROPONENTE HABILITADO	PUNTAJE OBTENIDO
SPEEDTRONIC	0

Teniendo en cuenta lo anterior el comité evaluador recomienda a la Gerencia, adjudicar el presente proceso de selección a SPEEDTRONICS Nit 900.730.943-7

Se firma en Quimbaya Quindío por los integrantes del Comité evaluador a los siete (7) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015).

Publíquese en la página web de la entidad, con el fin de correr el traslado correspondiente del informe de evaluación.

(Original Firmado)
DANELLY PEREZ CIFUENTES
Auxiliar Administrativo

(Original Firmado)
VICTORIA PATRICIA ECHEVERRY MARIN
Coordinadora Medica

(Original Firmado)
MONICA LONDOÑO PINO
Profesional Universitario

(Original Firmado)
JOAQUIN ANDRES URREGO YEPES
Asesor Jurídico